

Assunto: REVISÃO - Edital de Pregão Eletrônico Nº 015-2024

De: Clínica Spada Abdalla <clinica.spadaabdalla.pinhall@gmail.com>

Data: 14/05/2024, 09:43

Para: Licitações - E.S.Pinhall/SP <licitacoes.saude@pinhall.sp.gov.br>, Secretário Municipal de Saúde (SMS) <secretario.saude@pinhall.sp.gov.br>

CC: Cassio Roberto <fabiebeto00@gmail.com>

Ref.: Edital de Pregão Eletrônico Nº 015/2024 – Processo Administrativo Nº 4881/2024

Em análise preliminar do Edital supracitado, conclui-se que há inviabilidade técnica para a participação do referido Pregão, conforme se segue:

4 – Do Local da prestação do serviço

4 - DO LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

4.1 - Os serviços de exames de ultrassom, mamografia, tomografia e doppler, independentemente da localização da sede da Contratada, deverá ser executado no Centro de Especialidades Médicas localizado à rua Amando Vergueiro, 25, no município de Espírito Santo do Pinhal, em salas devidamente organizadas e preparadas para o serviço.

4.1.1 - Considera-se que como previsto no item anterior, a Prefeitura Municipal, possa garantir a qualidade dos serviços, o melhor acolhimento dos pacientes, a dinâmica de controle dos serviços exigida pela legislação vigente, sem a preocupação de deslocamento externo de servidores municipais da saúde fora de seu ambiente de trabalho.

4.2 - Os demais exames poderão ser realizados em locais de até 100 km a partir da sede administrativa do município, com rígido controle documental, por agendamento exclusivo para o município de Espírito Santo do Pinhal, evitando-se longas esperas e com possibilidade de atendimento de mais de 1 paciente no mesmo dia.

Na atual redação, a contratada, obrigatoriamente, executará os exames no Centro de Especialidades Médicas, localizado na Rua Armando Vergueiro 25, exceto a Ressonância Magnética que permite em um raio de até 100km.

A manutenção de tal exigência é conflitante com as boas práticas de gestão de recursos públicos, visto que irá onerar o município.

Tal exigência também irá desamparar os munícipes que, até a conclusão das obras e adaptações necessárias nos espaços que receberão os equipamentos, ficarão sem poder realizar os exames.

Em visita realizada naquele local, pudemos verificar que tão somente a sala que iria receber um tomógrafo (que nunca veio a ser instalado e acabou sendo descartado por obsolescência) possui alguma estrutura pronta (aplicação de barita, rede elétrica, sala de comando com janela com vidro laminado ou plumbífero).

Sendo assim, elencamos algumas adaptações necessárias E custos estimados (de forma simplista e otimista) para viabilizar a instalação dos equipamentos:

TOMOGRAFIA:

ADAPTAÇÃO	VALOR	PRAZO ESTIMADO
Ar-condicionado	R\$ 4.891,55	15 dias
Ar-condicionado backup	R\$ 4.891,55	15 dias

Instalação do ar-condicionado	R\$ 1.500,00	01 dia
Estabilizador de tensão 70Kva	R\$ 24.000,00	07 dias
Laudo de Proteção Radiológica (sala)	R\$ 1.500,00	07 dias
TOTAL	R\$ 36.783,10	

ULTRASSOM – Não identificamos sala para uso:

ADAPTAÇÃO	VALOR	PRAZO ESTIMADO
Ar-condicionado	R\$ 4.891,55	15 dias
Instalação do ar-condicionado	R\$ 750,00	01 dia
No-break senoidal puro 2Kva	R\$ 2.600,00	07 dias
TOTAL	R\$ 8.241,55	

RAIO-X – Sala hoje usada como Copa

ADAPTAÇÃO	VALOR	PRAZO ESTIMADO
Fechamento das janelas – dry-wall	R\$ 2.000,00	05 dias
Barita – 180 sacos	R\$ 3.960,00	07 dias
Aplicação de barita, pintura, etc	R\$ 5.000,00	20 dias
Porta revestida de chumbo	R\$ 2.185,00	07 dias
Biombo revestido de chumbo	R\$ 4.980,00	07 dias
Rede elétrica – cabo 30mm	R\$ 25.000,00	07 dias
Eletricista	R\$ 1.000,00	07 dias
Ar-condicionado	R\$ 4.891,55	15 dias
Instalação do ar-condicionado	R\$ 750,00	01 dia
Laudo de Proteção Radiológica (sala)	R\$ 1.500,00	07 dias
TOTAL	R\$ 51.266,55	

Mamografia – Sala adjacente a Copa

ADAPTAÇÃO	VALOR	PRAZO ESTIMADO
Barita – 90 sacos	R\$ 1.980,00	07 dias
Aplicação de barita, pintura, etc	R\$ 2.500,00	20 dias
Porta revestida de chumbo	R\$ 2.185,00	07 dias
Rede elétrica – cabo 10mm	R\$ 800,00	07 dias
Eletricista	R\$ 500,00	07 dias
Estabilizador de tensão 10Kva	R\$ 3.000,00	07 dias
Ar-condicionado	R\$ 4.891,55	15 dias
Instalação do ar-condicionado	R\$ 750,00	01 dia
Laudo de Proteção Radiológica (sala)	R\$ 1.500,00	07 dias
TOTAL	R\$ 18.106,55	

Em nossas estimativas simplistas e otimistas, as adaptações necessárias irão onerar o município em R\$ 114.397,75.

Iráo ainda atrasar, se considerarmos o tempo para elaboração de projeto, orçamentação, licitação e contratação, por meses (até anos) a realização de exames. Ainda, após a conclusão da Obra

existe a obrigação legal de testes das salas para verificar a proteção radiológica dos ambientes, sucedido pelo alvará de vigilância sanitária e de funcionamento dos equipamentos.

Pior se considerarmos que a demora na execução dos exames pode acarretar no agravamento de eventuais patologias em que o diagnóstico precoce é primordial.

E ainda não é racional tal exigência diante da existência de 02 clínicas aptas a realizar os exames em um raio de meros 200 mts.

Diante disso, em respeito e no interesse dos munícipes, pedimos vossa análise e uma eventual revisão do referido Edital no que tange o local de realização dos referidos exames.

--



Ricardo Matias da Silva
Gerente
(19) 3651-6840 / (19) 99827-8368
Rua Francisco Glicério, 57 - Centro
Espírito Santo do Pinhal - SP
clinica.spadaabdalla.pinhall@gmail.com